Środa Wielkopolska, dnia 22 lutego 2019 r.

Postępowanie nr ZP/3/19

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„CYKLICZNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW"**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

1. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści 5 odczynników (AlAT, AspAT, żelazo, fosfataza zasadowa, GGTP) wymagających połączenia płynnych, gotowych części składowych przed wstawieniem do rotora odczynnikowego? W przypadku żelaza należy użyć kapsułki kw.askorbinowego (aktywator).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

2. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści analizator z 54 miejscami na próbki badane? Dostawianie próbek jest możliwe w sposób ciągły bez zatrzymywania pracy aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

3. Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością oznaczeń w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, bez możliwości oznaczeń w krwi pełnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

4. Dotyczy: Załącznik nr 11

§ 8 ust. 2 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco

zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w ten sposób, że procent kary naliczany będzie od wartości netto umowy.

5. Dotyczy: Załącznik nr 11

(§ 8 ust. 2 pkt a-b, d) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

6. Dotyczy: Załącznik nr 11

(§ 8 ust. 2 pkt a-b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

7. Dotyczy: Załącznik nr 11

(§ 8 ust. 2 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 5,00 zł za każdą godzinę zwłoki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

8. Dotyczy: Załącznik nr 11

(§ 8 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w ten sposób, że procent kary naliczany będzie od wartości netto umowy.

9. Dotyczy: Załącznik nr 11

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że ubezpieczenie aparatu/analizatora należy do Wykonawcy. Ubezpieczenie dotyczyć ma całego okresu trwania umowy.

10. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu

Czy zamawiający dopuszcza analizator z możliwością definiowania barwy moczu za pośrednictwem czytnika kodów kreskowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

11. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu

Czy zamawiający dopuszcza paski do moczu w których pola testowe mocowane są przy użyciu kleju ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

12. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu

Czy w załączniku nr 6 „Pakiet nr 6- ANALIZA MOCZU" w punkcie 3, Zamawiający dopuści analizator bez możliwości automatycznego określenia przez aparat barwy próbki moczu, ale z możliwością jej ręcznego wprowadzenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

13. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu

Czy w załączniku nr 6 „Pakiet nr 6- ANALIZA MOCZU" w punkcie 8, Zamawiający dopuści paski, których pola testowe mocowane są w sposób trwały, zapewniający uzyskiwanie poprawnych wyników w zakresie kontroli jakości, zarówno na poziomie wewnątrz jak i zewnątrzlaboratoryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

14. Dotyczy: pakiet nr 6 – analiza moczu

Czy w załączniku nr 6 „Pakiet nr 6- ANALIZA MOCZU" w punkcie 10, Zamawiający dopuści kontrole innego producenta niż producent aparatu, które są kompatybilne i zmetrykowane na oferowany aparat?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza kontrole innego producenta niż producent aparatu, które są kompatybilne i zmetrykowane na oferowany aparat.

15. Dotyczy: pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.

16. Dotyczy: pakiet nr 1

Dot. pkt. nr 1 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora używanego, rok produkcji nie wcześniej niż 2012. Aparat po regularnych przeglądach technicznych, posiadający pełną gwarancję producenta na czas umowy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

17. Dotyczy: pakiet nr 1

Dot. pkt. nr 2 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatu wyposażonego w zintegrowany podajnik wykonujący automatyczne mieszanie próbki w podajniku.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w zintegrowany podajnik wykonujący automatyczne mieszanie próbki w podajniku.

18. Dotyczy: pakiet nr 1

Dot. pkt. nr 7 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zewnętrznej kontroli producenta IQAS Online w ramach zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zewnętrznej kontroli producenta IQAS Online w ramach zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości.

19. Dotyczy: pakiet nr 1

Dot. pkt. nr 16 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora posiadającego możliwość zliczania i podawania w wartościach bezwzględnych i procentach frakcji niedojrzałych granulocytów IG%, IG# (parametry badawcze) bez możliwości zliczenia i podania na wyniku młodych form leukocytarnych LIC#, LIC%.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora posiadającego możliwość zliczania i podawania w wartościach bezwzględnych i procentach frakcji niedojrzałych granulocytów IG%, IG# (parametry badawcze) bez możliwości zliczenia i podania na wyniku młodych form leukocytarnych LIC#, LIC%.

20. Dotyczy: pakiet nr 1

Dot. pkt. nr 19 - Prosimy o wykreślenie punktu nr 19. Ze względu na ogólnikowość zapisu nie jest możliwe oszacowanie przez Wykonawcę ew. kosztów w razie awarii aparatu. Jeżeli zapis nie zostanie usunięty prosimy o doprecyzowanie w jakim czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii Zamawiający wymaga gwarancji pokrycia kosztów transportu i wykonania badań u podwykonawcy oraz czasu w jakim Zamawiający wymaga dostarczenia oraz instalacji aparatu zastępczego. Z uwagi na obowiązek pokrycia kosztów transportu przez Wykonawcę prosimy o określenie maksymalnej odległości od siedziby zamawiającego na jaką Zamawiający zamierza transportować materiał w razie awarii.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis w ten sposób, że jeśli w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii analizator nie zostanie naprawiony wówczas Zamawiający wymaga pokrycia kosztów wykonania badań u podwykonawcy. Maksymalna odległość na jaką Zamawiający zamierza transportować materiał to 40 km. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

21. Dotyczy: pakiet nr 1

Dot. pkt. nr 21 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatów z oprogramowaniem w języku angielskim posiadających menu z czytelnymi symbolami graficznymi.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatów z oprogramowaniem w języku angielskim posiadających menu z czytelnymi symbolami graficznymi.

22. Dotyczy: SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań *hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl?* Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy. Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający określa aby termin ważności odczynników do badań *hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi co najmniej 2 miesiące. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.*

23. Dotyczy SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia: pkt 8:

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury tylko w jednym egzemplarzu w oryginale? Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej? Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodatnie zapisu *„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.* Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o stosowną modyfikację również w Załączniku nr 11 (Wzór umowy) w §6 ust.4.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

24. Dotyczy SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia: pkt 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „*72 godzin*” wyrażenia „*w dni robocze*”? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o stosowną modyfikację również w Załączniku nr 11 (Wzór umowy) w §3 ust.2.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

25. Dotyczy SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia: pkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił *30 dni* i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o stosowną modyfikację również w Załączniku nr 11 (Wzór umowy) w §6 ust.3.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

26. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §2 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań *hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl?* Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy. Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający określa aby termin ważności odczynników do badań *hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi co najmniej 2 miesiące. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.*

27. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §4

Prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: *„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.* Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość mniejszą.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

28. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §5 ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu serwisu poprzez dodanie zapisu „*w dni robocze*”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

29. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §6 ust.8:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: *„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności*”. Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się

zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

30. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §7 ust.2 pkt b):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez wskazanie terminu na uzupełnienie dokumentów. Proponujemy: „*w ciągu 7 dni*".

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

31. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §8 ust.2 pkt a) oraz pkt b):

Uprzejmie prosimy o uzależnienie kary umownej od wartości niezrealizowanej dostawy, proponujemy: „*5% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki*" Zastrzeżenie kary umownej w stałej wysokości w przypadku relatywnie niewielkiej wartości umowy i zamówienia będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

32. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ: §8 ust.2 pkt c):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ dotyczy wyłącznie określenia, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto umowy.

33. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

34. Dotyczy: pakiet nr 5

Czy Zamawiający zamierza wykonywać badania pojedynczo czy w dublecie?

Odpowiedź: Badania wykonywane będą w dublecie.

35. Dotyczy: pakiet nr 5

Czy podane ilości oznaczeń PT, APTT i Fibrynogenu to oznaczenia pojedyncze czy dublety?

Odpowiedź: Oznaczenia pojedyncze.

36. Dotyczy: pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzania ręcznego (z klawiatury) parametrów kalibracji podanej przez producenta dla każdej serii odczynnika? Dot. poz. 3 wymagane parametry.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

37. Dotyczy: SIWZ VII.16

Czy Zamawiający może doprecyzować czy również wykaz dostaw i referencję maja być dołączone do oferty czy na wezwanie zgodnie z art. 26. ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz brzmieniem art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykaz dostaw i referencje dostarcza się na wezwanie Zamawiającego.

38. Dotyczy: Formularz asortymentowo cenowy

Czy za cenę jednostkową należy przyjąć 1 pełne opakowanie handlowe?

Odpowiedź: Za cenę jednostkową należy przyjąć cenę dla jednego oznaczenia (cena jednostkowa – jedno oznaczenie).

39. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Pakiet 2 tabela wymagania stawiane automatycznemu analizatorowi biochemicznemu pkt. 31 – W związku z dużą ilością produktów czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania w wersji papierowej kart charakterystyk substancji niebezpiecznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

40. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Analizator ma mieć możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym" na „Możliwość wykonywania badań w: osoczu, surowicy, moczu, płyn mózgowo-rdzeniowym, płynach z jam ciała, krwi pełnej lub hemolizacie krwi pełnej" ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

41. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Prosimy o potwierdzenie, że analizator wykonujący oznaczenia w surowicy, osoczu, moczu i innych płynach o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy spełnia wymagania Zamawiającego odnośnie możliwości wykonywania badań.

Odpowiedź: Tak. Analizator, o którym mowa w pytaniu 41 spełnia wymagania Zamawiającego.

42. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy w związku z wymogiem „Ciągła dostępność do analizatora (możliwość dokładania nowych próbek i odczynników bez konieczności przerywania pracy aparatu)" Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory wyposażone były w automatyczne podajniki próbek, w którym próbki pierwotne oraz wtórne wstawiania są na pokład w dedykowanych do aparatu statywach w dowolnym momencie pracy analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

43. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w przypadku konieczności wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić analizator w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje ok 20 minut ? Ilość miejsc odczynnikowych w analizatorach umożliwiająca umieszczenie na pokładzie aparatu więcej niż jednego zestawu odczynnikowego, a duża ilość oznaczeń w jednym opakowaniu odczynnika powodują, że konieczność wymiany odczynników w czasie pracy może zdarzać się niezwykle rzadko. Zamawiający w parametrach granicznych wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość umieszczania na pokładzie minimum 30 odczynników, w takim przypadku przy 26 oznaczonych przez Zamawiającego analitach sytuacja dokładania odczynników w czasie pracy może mieć miejsce sporadycznie, ale oferowany analizator posiada 76 pozycji odczynnikowych i sytuacja konieczności dokładania odczynników w czasie pracy praktycznie się nie zdarza.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

44. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o technologię mytych kuwet reakcyjnych wielokrotnego użytku charakteryzujących się wysoką jakością, trwałością i gwarancją stosowania przez cały okres umowy? Zastosowanie powyższej technologii gwarantuje wysoką jakość uzyskanych wyników co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianów międzylaboratoryjnych i krajowych (program prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) oraz zwalnia Zamawiającego z konieczności zakupu i wymiany kuwet reakcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

45. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby kontrola bloku reakcyjnego była bezobsługowa i odbywała się bez użycia jakiegokolwiek płynu (olej, woda) wymienianego okresowo i była oparta na termostatowaniu powietrzem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa powyższego warunku.

46. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

47. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

48. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby do ilości testów w formularzu asortymentowo-cenowym zostały doliczone testy na kalibrację i kontrolę ?

Odpowiedź: Nie. Ilości podane w formularzu zawierają testy na kontrolę oraz kalibrację. Wyraźnie zaznaczono to w załączniku nr 2 do SIWZ.

49. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

W celu dokładnej kalkulacji oferty prosimy o podanie harmonogramu kontroli poszczególnych analitów. Prosimy o określenie ile poziomów kontroli i ile razy w tygodniu Zamawiający będzie wykonywał dla poszczególnych analitów.

Odpowiedź: Dla większości parametrów kontrola będzie wykonywana każdego dnia na dwóch poziomach, w przypadku analitów, gdzie podano szacunkową liczbę oznaczeń <1000, kontrola będzie wykonywana dwa razy w tygodniu na 1 poziomie naprzemiennie.

50. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Prosimy o wskazanie które z badań wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym będą wykonywane w moczu ? Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie dedykowanej kontroli jakości do badań w moczu? Jeśli tak, to prosimy o podanie harmonogramu kontroli jakości do badań wykonywanych w moczu ?

Odpowiedź: Amylaza i białko będą wykonywane również w moczu. Zamawiający wymaga kontroli jakości do badań w moczu, kontrola będzie wykonywana dwa razy w tygodniu na 1 poziomie naprzemiennie.

51. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby materiały eksploatacyjne (filtry itp.) do zaoferowanych stacji uzdatniania wody były dostarczone sukcesywnie w miarę zapotrzebowania do Zamawiającego w ramach obsługi serwisowej stacji wody i nie zostały tym samym wyspecyfikowane w ofercie cenowej. Koszty tych materiałów eksploatacyjnych będą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

52. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie zakres pomiarowy fotometru wynosi od 340 nm do 800 nm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora gdzie zakres pomiarowy fotometru wynosi od 340 nm do 800 nm

53. Pakiet nr 2 – BIOCHEMIA Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym akceptacja wyników kalibracji odbywa się na podstawie wprowadzonych w oprogramowaniu analizatora faktorów kalibracji, akceptacja wyników kontroli odbywa się na podstawie wprowadzonych w oprogramowaniu analizatora złożonych reguł Westgarda natomiast akceptacja wyników testów będzie prowadzona w systemie informatycznym ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

54. Dotyczy: umowa

§1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Termin dostawy i instalacji analizatora nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.”? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe - siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, ze termin dostawy i instalacji analizatora ustala się na 21 dni od daty podpisania umowy.

55. Dotyczy: umowa

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca gwarantuje, że dostarczany asortyment posiadać będzie co najmniej 6-miesięczny termin ważności, licząc od daty dostarczenia asortymentu do Zamawiającego oraz, że posiada on wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do obrotu dla podmiotów leczniczych. „?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko dla pakietu nr 1. W tym zakresie dokonuje się modyfikacji treści SIWZ.

56. Dotyczy: umowa

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

57. Dotyczy: umowa

§8 ust. 2.a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na : „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości zamówionego, a nie dostarczonego w terminie towaru”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

58. Dotyczy: umowa

§8 ust. 2.a) – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 250 zł?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

59. Dotyczy: umowa

§8 ust. 2.a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na : „za zwłokę w wymianie reklamowanej partii w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

60. Dotyczy: umowa

§8 ust. 2.b) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej na 250 zł ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

61. Dotyczy: umowa

§8 ust. 2 c) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od warunków umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

62. Dotyczy: umowa

§11 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. 1.8: „dopuszczalna jest zmiana ze względu na zmianę producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

Odpowiedź: Zapis zaproponowany przez Wykonawcę jest tożsamy z brzmieniem pkt. 1.6 dotyczący możliwości zmiany umowy.

63. Dotyczy: pakiet 2,3,4,6

Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę i instalację analizatorów w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

64. Dotyczy: pakiet 2,3,4,6

Prosimy o wyrażenie zgody , by termin ważności poszczególnych odczynników wynosił minimum 4 miesiące licząc od dnia dostawy do laboratorium.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

65. Dotyczy: pakiet 2,3,4,6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawienie w formularzu ofertowym kolumny "nr katalogowy produktu"?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

66. Dotyczy: §2, pkt. 3 Wzoru Umowy, Załącznik nr 11 do SIWZ (Pakiet nr 2, 3,4)

Prosimy o wyrażenie zgody aby etykiety na opakowaniach każdego asortymentu opisane były w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli / znaków i rozpoznawalnych kodów ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza aby etykiety na opakowaniach każdego asortymentu opisane były w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli / znaków i rozpoznawalnych kodów.

67. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia, Lp.25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on brzmienie: „Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Serwis dostępny 24 godz./dobę przez 7dni w tygodniu. Wykonawca poda dane kontaktowe w celu bezpośredniego kontaktu ze specjalistą aplikacyjno-technicznym w przypadku awarii apartu"

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

68. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego jednocześnie antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego jednocześnie antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2.

69. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia

Lp. 8 Prosimy o wyrażenie zgody by opakowania zbiorcze testów TSH,FT3 i FT4 konfekcjonowane były po 200 testów.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

70. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia

Lp. 11. Prosimy o wyrażenie zgody by wartości nowych serii kontroli dla kiły były wprowadzane manualnie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza aby wartości nowych serii kontroli dla kiły były wprowadzane manualnie.

71. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia

Lp. 14. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie do testów do diagnostyki zakażeń, Prokalcytoniny i witaminy D kontroli jednoparametrowych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie do testów do diagnostyki zakażeń, Prokalcytoniny i witaminy D kontroli jednoparametrowych.

72. Dotyczy: Pakiet nr 3 Immunochemia

Lp. 28 Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości.

Odpowiedź: Wybór zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości Zamawiający pozostawia oferentowi. Wymaga tylko by kontrola obejmowała wyspecyfikowane parametry.

73. Dotyczy: Pakiet nr 4 parametry krytyczne

Lp. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on brzmienie: W przypadku awarii aparatu Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy, a gdy awaria trwa dłużej niż 48 godziny zagwarantuje aparat zastępczy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

74. Dotyczy: Pakiet nr 4 parametry krytyczne

LP.13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on brzmienie: Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem. Serwis dostępny 24 godz./dobę przez 7dni w tygodniu. Wykonawca poda dane kontaktowe w celu bezpośredniego kontaktu ze specjalistą aplikacyjno-technicznym w przypadku awarii apartu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

75. Dot. Pakietu nr 2, pkt. 6 wymagań minimalnych:

Czy przez wymóg "Chłodzone miejsca odczynnikowe " Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

76. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 11 wymagań minimalnych:

Prosimy o potwierdzenie czy zakres pomiarowy fotometru 340-800 nm spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

77. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 15 wymagań minimalnych:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez możliwość ciagłego dostawiania nowych próbek i odczynników, Zamawiający wymaga aby doładowanie tych materiałów następowało bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb standby, pauza, wstrzymanie czy stop?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga.

78. Dotyczy: pakiet 6 Analiza moczu

LP.16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów, tak by przyjął on brzmienie: Zagwarantowanie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

79. Dotyczy: pakiet nr 6

Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość oznaczeń (10 000 badań / rok) zawiera już oznaczenia przewidziane na kontrolę?

Odpowiedź: Tak. Ilość podanych oznaczeń zawiera już oznaczenia przewidziane na kontrolę.

80. Dotyczy: pakiet nr 6

Prosimy o podanie jaki harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej stosuje Zamawiający?

Odpowiedź: Każdego dnia (poniedziałek – niedziela) na 1 poziomie naprzemiennie.

81. Dotyczy: Pakietu nr 6, pkt. 10 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent analizatora, pasków testowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z oferowanym aparatem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent analizatora, pasków testowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z oferowanym aparatem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska.

82. Dotyczy: Pakietu nr 6, pkt. 11 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania pasków testowych z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-40 mg/dl?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania pasków testowych z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-40 mg/dl.

83. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy
Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby termin dostawy i instalacji analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy. W ten sposób dokonuje się też modyfikacji treści SIWZ.

84. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?
Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość wyłącznie dla pakietu nr 1. Zamawiający dokonuje modyfikację treści SIWZ.

85. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

86. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

87. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

88. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

89. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnych'' na „w ramach czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

90. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

91. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy niniejszego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni."? Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

92. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.''

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

93. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 8 ust. 2 lit. a-b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

94. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 8 ust. 2 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ tylko co do określenia, że kary umowne naliczane będą od wartości netto umowy.

95. Dotyczy: Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy

Par. 12 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

96. Dotyczy: pakiet nr 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy w wycenie Wykonawca ma uwzględniać trwałość odczynników po rozpuszczeniu?

Odpowiedź: Tak.

97. Dotyczy: pakiet nr 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy podaną w specyfikacji szacunkową liczbę oznaczeń należy traktować jako oznaczenia pojedyncze czy w dublecie?

Odpowiedź: Szacunkową liczbę oznaczeń należy traktować jako oznaczenie pojedyncze.

98. Dotyczy: pakiet nr 5

Prosimy o informację, czy kontrola jakości jest wykonywana codziennie tj. poniedziałek – niedziela (365 dni w roku) czy poniedziałek – piątek (ok. 260 dni w roku), na dwóch poziomach?

Odpowiedź: Kontrola jakości jest wykonywana 365 dni w roku (poniedziałek-niedziela) na dwóch poziomach, w przypadku fibrynogenu kontrola będzie wykonywana przed oznaczeniem zleconego badania.

99. Dotyczy: pakiet nr 2

Czy w pakiecie nr 2 – BIOCHEMIA, Zamawiający dopuści analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2016?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

100. Dotyczy rozdziału III – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 5 dostawa i instalacja analizatorów

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy i instalacji analizatorów w pakiecie nr 1 do 21 dni od daty podpisania umowy przez obie strony?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

102. Dotyczy rozdziału III – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 12 termin ważności odczynników

Czy z uwagi na harmonogram dostaw odczynników i materiału kontrolnego od producenta, Zamawiający zezwala, aby dostarczone odczynniki w pakiecie nr 1 miały trwałość maksymalnie 6 miesięcy a krew kontrolna 2 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności krwi kontrolnej wynoszący co najmniej 2 miesiące i termin ważności odczynników wynoszący minimum 6 miesięcy. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

103. Dotyczy rozdziału V – Warunki udziału w postępowaniu

W pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania co najmniej 15 dostaw odczynników wraz z analizatorami. Jednocześnie wymagane jest by przedstawić dowody wykonania dostaw od minimum trzech podmiotów. Załącznik nr 12 do SIWZ przewiduje tylko 3 wiersze do uzupełnienia. Czy w tej sytuacji Wykonawca w celu przedstawienia wykazu 15 dostaw może zmodyfikować załącznik poprzez dodanie niezbędnej ilości wierszy? Ponadto Zamawiający w SIWZ przewidział zastosowanie procedury odwróconej i do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tej sytuacji czy Zamawiający dopuści by wykaz dostaw i dowodów potwierdzających ich wykonanie zostały przedstawione na wezwanie?

Odpowiedź: Zamawiający sporządził tak załącznik nr 12, że wskazał, iż Wykonawca może poszczególne rubryki przy wpisywaniu odpowiedzi powiększać/zmniejszać w zależności do potrzeb. Wykonawca miał tutaj na myśli m.in. rozszerzenie tabeli o kolejne wierze.

Do oferty należy dołączyć tylko oświadczenia. Pozostałe dokumenty dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego.

104. Dotyczy parametry wymagane załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 6

Czy Zamawiający wymaga aby chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora było w temperaturze lodówki: 2-8 stopnia C? Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał miejsca w pozycjach chłodzonych na kontrole i kalibratory?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga chłodzenia w temperaturze rekomendowanej przez producenta odczynników. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby analizator posiadał miejsca w pozycjach chłodzonych na kontrole i kalibratory.

105. Dotyczy parametry wymagane załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością rozcieńczenia próbki badanej po przekroczeniu liniowości metody?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

/-/ Paweł Dopierała
Prezes Zarządu